



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Memmert GmbH + Co. KG
Wärmeschrank UF 750 plus
Report No. ME 1302-636

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

Memmert GmbH + Co. KG
Schwabach, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ME 1302-636 vergeben wurde.

Bei Betrieb mit 125°C und 100 % Lüfterdrehzahl ist der Universalwärmeschrank UF 750 plus geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 7 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden. Bei einer Versorgung des Wärmeschanks mit Luft der Klasse 1 entspricht die Luftqualität im Innenraum der Klasse 7 gemäß ISO 14644-1.

Bei Betrieb mit 125°C und 0% Lüfterdrehzahl ist der Universalwärmeschrank UF 750 plus geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 5 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden. Bei einer Versorgung des Wärmeschanks mit Luft der Klasse 1 entspricht die Luftqualität im Innenraum der Klasse 3 gemäß ISO 14644-1.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 14. Februar 2013

i.A. 
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com