



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

VAT Vakuumventile AG
Ventil 9450X-XA24-AEY1
Report No. VA 1306-653

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

VAT Vakuumventile AG
Haag, Schweiz

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer VA 1306-653 vergeben wurde.

Das Vakuumventil 9450X-XA24-AEY1 ist geeignet, um in Reinnräumen der Luftreinheitsklasse 5 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 28. Oktober 2013

i.A. 
Projektleiter