



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Planex Technik in Textil GmbH  
Reinraumvorhang CleanTex  
**Report No. PL 1109-575**

DUPLIKAT

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**Planex Technik in Textil GmbH**  
Ludwigshafen, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer PL 1109-575 vergeben wurde.

Es wurden folgende spezifische Emissionsraten detektiert:

Prüf-temperatur	Ausgasungsraten und ISO-AMC <sub>m</sub> (x)-Klassifizierung	
	TVOC	
	SER [g/m <sup>2</sup> s]	ISO-AMC <sub>m</sub>
23°C	1,6x10 <sup>-7</sup>	-6,8
90°C	1,8x10 <sup>-5</sup>	--

Die entsprechende Materialklassifizierung ISO-AMC<sub>m</sub>(x) wird für jede Kontaminantengruppe x bei Raumtemperatur angegeben.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 28. Oktober 2011

i. A.   
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)