



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Theta-Z-Tisch M-900K060  
Report No. PI 0208-267

DUPLIKAT

### IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

**Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG**

Auf der Roemerstrasse  
76228 Karlsruhe  
Deutschland

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer PI 0208-267 vergeben wurde.


Der Theta-Z-Tisch Typ M-900K060 der Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse ISO-Klasse 5 (nach DIN EN ISO 14644-1) eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 08. August 2002.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website  
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, den 08. August 2002

  
i.A. \_\_\_\_\_  
Unterschrift



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung