



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Memmert GmbH + Co. KG
Universalwärmeschrank UFP 800
Report No. ME 0810-451

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Memmert GmbH + Co. KG

Äußere Rittersbacher Str. 38
D-91126 Schwabach

das Fraunhofer IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer ME 0810-451 vergeben wurde.


Der Universalwärmeschrank UFP 800 ist bei einer Betriebstemperatur von 125 °C mit eingeschalteter Luftturbine geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse ISO Klasse 7 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Der Universalwärmeschrank UFP 800 ist bei einer Betriebstemperatur von 125 °C mit ausgeschalteter Luftturbine geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse ISO Klasse 5 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 04. Februar 2009

i. A. 
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung