



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

edding International GmbH  
e-8011 schwarz/blau/rot  
**Report No. ED 1001-504**

DUPLIKAT

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für unten genanntes Produkt, untersucht im Auftrag der Firma

#### edding International GmbH

Bookkoppel 7  
22926 Ahrensburg  
Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ED 1001-504 vergeben wurde.


Die edding 8011 Reinraummarker (schwarz, blau und rot) wurden mit folgenden Ergebnissen getestet:

Prüf-objekt	Luftreinheits-klasse (gemäß ISO 14644-1)	Spezifische Emissionsrate TVOC 23°C SER [g/units*s]	Reinigbarkeit <u>Chemische Beständigkeit</u>
schwarz	2	$1,1 \times 10^{-8}$	sehr gut
blau	3	$3,1 \times 10^{-8}$	sehr gut
rot	3	$2,6 \times 10^{-8}$	sehr gut

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf obenstehendes Produkt in unveränderter Form.  
Weitere Informationen: [www.ipa-qualification.com](http://www.ipa-qualification.com).

Stuttgart, den 8. April 2010

i. A.   
Projektleiter