



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

VAT Vakuumventile AG
ATM-Tür 076-50x336 (Prototyp)
Report No. VA 1206-605

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von


VAT Vakuumventile AG
Haag, Schweiz

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer VA 1206-605 vergeben wurde.

Die Atmosphärentür 076-50x336 (Prototyp) ist in Variante 1 geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 5 und in Variante 2 geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 11. September 2012

i.A. 
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com