



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

CIM med GmbH  
CIM Tragarm

**Report No. CI 1310-672**

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**CIM med GmbH**  
München, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer CI 1310-672 vergeben wurde.

Der CIM Tragarm kann durch einfache Wischreinigung mit Reinstwasser abgereinigt werden. Durch den Fluoreszenztest konnten aber einige kritische Stellen nachgewiesen werden. Diese Stellen erfordern eine besonders gründliche Reinigung bzw. eine aufwändigere Vorgehensweise, z.B. den Ausbau bestimmter Teile vor der Reinigung. Die Reinigbarkeit des Tragarms ist an diesen Stellen stark eingeschränkt. Verschmutzungen können sich ansammeln. Durch die Auswahl geeigneter Materialien und die weitgehende Vermeidung von Spalten, offenen Vertiefungen oder Hinterschnidungen kann die Reinigbarkeit des Tragarms deutlich verbessert werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 27. November 2013

i.A.   
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)