



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Carl Zeiss IMT GmbH
MICURA

Report No. ZE 1307-658

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

Carl Zeiss IMT GmbH
Oberkochen, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ZE 1307-658 vergeben wurde.

Das Portalmessgerät MICURA ist geeignet, in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 eingesetzt zu werden:

Parameter	Luftreinheitsklasse (gemäß ISO 14644-1)
X-Achse (bei v = 300 mm/s)	6
Y-Achse (bei v = 220 mm/s)	5
Z-Achse (bei v = 300 mm/s)	6
Gesamtergebnis	6

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 26. August 2013

i. A. 
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com