



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Fischer-EBT GmbH
FIS-6795 OP-PC 1LED4/840470
Report No. FI 1603-811

Partikelemission

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

**Fischer Elektro- und
Beleuchtungstechnik GmbH**
Sindelfingen, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer FI 1603-811 vergeben wurde.

Die Teardropleuchte FIS-6795 OP-PC 1LED4 (Farbe: RAL 9010) ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
Körperschallbelastung = ca. 5 bis 50Hz	1
Gesamtergebnis	1

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 18. Mai 2016

i. A. 
Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.
Weitere Informationen:
www.tested-device.com