



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Zwick GmbH & Co. KG  
zwicki Z2.5 TN mit tCII  
**Report No. ZW 1407-714**

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**Zwick GmbH & Co. KG**  
Ulm, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ZW 1407-714 vergeben wurde.

Die Materialprüfmaschine zwicki Z2.5 TN mit tCII ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Testparameter:

- Verfahrensweg: .....s = 800 mm
- Geschwindigkeit: .....v = 800 mm/min
- Zyklus: .....kontinuierlich

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 29. September 2014

i.A.   
Frank Bürger, Fraunhofer IPA

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)