



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Planex Technik in Textil GmbH  
Reinraumvorhang CleanTex  
**Report No. PL 1109-575**

DUPLIKAT

## Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**Planex Technik in Textil GmbH**  
Ludwigshafen, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer PL 1109-575 vergeben wurde.

Der Reinraumvorhang CleanTex (Prototyp) ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 2 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Für den Folienvorhang CleanTex (Prototyp) kann eine prinzipielle Empfehlung für den Einsatz in hygienischen Bereichen bis GMP-Klasse B ausgesprochen werden. Dieses gilt jedoch nur für die bewerteten Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage. Jedoch kann für den Streifenvorhang CleanTex (Prototyp) keine Empfehlung für eine Reinraumklasse ausgesprochen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 28. Oktober 2011

i. A.   
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)