



Fraunhofer

**TESTED[®]
DEVICE**

GIMATIC S.p.A.
Parallelgreifer SGP-25S
Report No. GI 1112-583

DUPLIKAT

Qualifizierungs-
bescheinigung

Qualifizierungsbescheinigung

Auftraggeber: GIMATIC S.p.A.
Via Enzo Ferrari n. 2/4
25030 Roncadelle (BS)
Italien

Untersuchungsergebnis / Klassifizierung:
(gemäß ISO 14644-1)

Der Parallelgreifer SGP-25S ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 1 eingesetzt zu werden.

Untersuchte Komponente

Kategorie: Automatisierungskomponente
Subkategorie: Positioniersysteme
Typenbezeichnung: Parallelgreifer SGP-25S

Stichprobenartige Partikelemissionsmessungen (luftgetragen) an repräsentativen Stellen

Versuchsdurchführung: Gemäß VDI 2083 Blatt 9.1
Verwendete Messgeräte: Optische Partikelzähler:
Typ LasAir II 110 der Firma PMS mit den Messbereichen von $\geq 0,1 \mu\text{m}$,
 $\geq 0,2 \mu\text{m}$, $\geq 0,3 \mu\text{m}$, $\geq 0,5 \mu\text{m}$, $\geq 1,0 \mu\text{m}$ und $\geq 5,0 \mu\text{m}$
Testparameter der Prüfumgebung:
• Reinraum Luftreinheitsklasse (gemäß ISO 14644-1):..... ISO 1
• Luftströmungsgeschwindigkeit:0,45 m/s
• Strömungsführung:vertikale laminare Strömung
• Temperatur: 22 °C ± 0,5 °C
• Relative Feuchte: 45 % ± 5 %
Testparameter der Versuchsdurchführung:
• Betriebsdruck (Reinstdruckluft): 6 bar
• Zykluszeit: 25 s

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA

Abteilung Reinst- und Mikroproduktion

Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
Deutschland

Stuttgart, 13. April 2012

Ort, Datum