



Fraunhofer

**TESTED[®]
DEVICE**

KUKA Roboter GmbH
LBR iiwa 7 R800 CR
Report No. KU 1707-925

DUPLIKAT

Qualifizierungs-
bescheinigung

Elektrostatik
Aufladeverhalten

Qualifizierungsbescheinigung

Auftraggeber

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
Deutschland

Untersuchte Komponente

Kategorie: Automatisierungskomponenten

Subkategorie: Roboter

Typenbezeichnung: LBR iiwa 7 R800 CR
(Herstellungsdatum: 5/2017; Artikelnummer: 10027613; Seriennummer: 982698; Traglast: 7 kg; Reichweite: 800 mm)

Untersuchung des elektrostatischen Felds

Standards/Richtlinien: SEMI E78-0309
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Messgeräte: Datenerfassung: Influenz-Elektrofeldmeter EMF58
..... Eltex-Elektrostatik-GmbH

Testparameter der Prüfumgebung:

- Reinraum Luftreinheitsklasse (gemäß ISO 14644-1): ISO 1
- Luftströmungsgeschwindigkeit: 0,45 m/s
- Strömungsführung: vertikale laminare Strömung
- Temperatur: 22 °C ± 0,5 °C
- Relative Feuchte: 45 % ± 5 %

Testparameter der Versuchsdurchführung:

- Isolierende Lagerungen:
 - Typ: 4 x Isolierstützer – Vollsechskant mit $R > 10^{14} \Omega$
 - Material: Polyester, mit Glas gefüllt
 - Dicke: 35 mm
- Werkzeuggewicht: kein Werkzeug montiert
- Bewegungsablauf: repräsentative Pick & Place-Bewegung
 - Achse 1: -66° bis -13°
 - Achse 2: -63° bis -38°
 - Achse 3: -14° bis 0°
 - Achse 4: 75° bis 83°
 - Achse 5: -99° bis -66°
 - Achse 6: -100° bis -90°
 - Achse 7: -63° bis -35°
- Auslastung: 50 % der Maximalauslastung
- Betriebszustand während der Messung: an

Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

Der Roboter LBR iiwa 7 R800 CR erfüllt in Anlehnung an SEMI E78-0309 die zulässigen Grenzwerte für die Empfindlichkeitsschwelle 2009/50 nm.

Elektrostatisches Feld			
Elektrostatisches Level		Messergebnis	
Jahr Entwicklungsstufe	Grenzwert [V/cm]	Mittelwert [V/cm]	max. Einzelmessung [V/cm]
2009 50 nm	55	45	110
Grenzwert:		erfüllt	

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Weitere Informationen bezüglich Prüfumgebung und -parameter entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA

KU 1707-925
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 12. Oktober 2017
Ort, Datum Erstaussstellung

Abteilung Reinst- und Mikroproduktion

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
Deutschland

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA