



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Weiss Robotics GmbH & Co. KG
STERIGRIP 200-085

Report No. WE 2207-1336

Einzelprodukt
Riboflavintest
(Equipment)

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Weiss Robotics GmbH & Co. KG
Ludwigsburg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer WE 2207-1336 vergeben wurde.

Die Überprüfung der Reinigbarkeit des smarten Servo-Greifmodul für aseptische Handhabungsanwendungen (Farbe: Beige/Stahl/Blau) wurde anhand des VDMA Merkblatts »Riboflavintest für keimarme oder sterile Verfahrenstechniken – Fluoreszenztest zur Prüfung der Reinigbarkeit« durchgeführt. Es konnte dabei folgendes Ergebnis festgestellt werden:

Klassifizierung

Gesamtergebnis: gut

Die Klassifizierung der Restfluoreszenz basiert auf einer worst-case Betrachtung.

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

WE 2207-1336
Report No. Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

Stuttgart, 7. Oktober 2022
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA



Fraunhofer
IPA